


Différenciation du masque MC9501 conforme et non-conforme

- Masque MC9501 avec résultat de test conforme (bande d'ajustement nasale interne) :



- Masque MC9501 avec résultat de test non-conforme (bande d'ajustement nasale externe) :



MSSS

2021-01-29